

Digitális infravörös lázmérő

Ez a termék egy infrás lázmérő, ami széles körben használható.

Ne tartsuk közel mágneses készülékekhez, mint rádió, telefon.

Nem használható 10C° alatt.

Használata:

A lázmérőt a bőr felszínére kell helyezni, és meghúzni a ravaszt, ezzel egyidejűleg a mérés kezdetét veszi.

Miután hallotta a jelző hangot, vegye el a lázmérőt a mért területről, és olvassa le a mérési eredményeket.

7mp múlva a lázmérő automatikusan kikapcsol.

Ha újra szükség van a mérésre húzza meg a ravaszt.

Különleges események keretén belül sem szükséges további beállításokat végezni.

A mért objektumnak és a lázmérőnek muszáj ugyanabban a környezetben maradni több mint 30 percen keresztül a mérések előtt.

A mérési távolság: 5-15 cm

A mérőkészüléket tartsa a homlokához, vagy a halántékához, a mért résznek szabadon kell maradni izzadságtól, és hajtól mentesen.

Mérési spektrum a testi hőmérséklet módban 32-43C°-ig.

Minden ikon leírása a képernyőn:

Testhőmérséklet mód – testhőmérséklet mód

Tárgyhőmérséklet – tárgyhőmérséklet mód (magában foglalja a szoba vagy a víz hőmérsékletét is.)

Trombita -- ha végzett a méréssel jelzőhangot ad ki.

C° -- C°-ban mér.

LO – a mért eredmény alacsonyabb mint az átlag.

HI – a mért eredmény magasabb mint a hőmérsékleti spektrum.

ERR -- nem sikerült a mérést elvégezni (következtethetően az alacsony környezeti hőmérséklet miatt).

Eltárolja a mérési előzmények adatait. A szám a jobb oldalon az eltárolt mérési előzményeket jelzi, átlagosan 1-32-ig. A sorozat visszanezhető, ha megnyomja a fel vagy a le gombot.

Mire képes a termék:

A hiba skála a testhőmérsékleti mérések nem több mint 0,3C°

Ha nagy eltérést tapasztal szűrje ki a hibát a készülékből, a hibakalibrálást alapul használva.

- A figyelmeztető hőmérsékleti limitet be lehet állítani.
- Automatikus kikapcsolás.
- A képernyő háttérvilágításával sötétben is lehet látni.
- A legújabb 32 mérés adatait tárolja.
- Lehet váltani testi és tárgyi hőmérséklet mód között.

Menü beállításai:

1. Húzza meg a ravaszt
2. Hosszan nyomja meg a mód gombot, amíg F1 nem jelenik meg a képernyőn.
3. Nyomja meg a fel vagy a le gombot (F2, F3, F4 fog megjelenni a képernyőn)
4. Nyomja meg a mód gombot a funkció beállításához, és a fel vagy le gombbal beállíthatja azt.

F1 – Beállítja a figyelmeztető hőmérsékleti limitet

F2 – Kalibrálja a hőmérsékleti eltéréseket. (az alap hőmérséklet 0C°)

F3 – Be/Ki kapcsolás

F4 – Test/Tárgy hő mérése közötti választás

Mi az összefüggés az infrás és a higanyos lázmérő eredményei között?

1. A hőmérséklet különböző emberi testrészek között változó, a hónaljban és az ánusban magasabb, mint a bőr felszínén.
2. Az infrás hőmérő legajánlottabb homloktáji méréshez, legfőként a halántékhoz van tervezve.
3. Nincs direkt kapcsolat a mérési eredmények között.

Figyelmeztetés

A szél az izzadság és a napsütés változtathatja a mérési eredményt.

Normál mérési adatok:

0 – 2 éves korig: 36,1 – 38C°

3 – 10 éves korig: 36,0 – 37,8C°

11 – 65 éves korig: 35,8 – 37,6C°

65 felett: 35,5 – 37,5C°

Méretek: 175* 88* 42 mm

Súlya: 125 g (elemmel)

Élettartam: körülbelül 50.000 mérés

Tisztítása: alkoholos kendővel